

复旦大学灭菌锅与烘箱采购项目国内公开招标公告  
(招标编号: 0811-DSITC250346/ HW2025022401)

项目所在地区: 上海市

### 一、招标条件

本灭菌锅与烘箱采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金43.245万元,招标人为复旦大学。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 灭菌锅柒台、烘箱叁台

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)灭菌锅与烘箱;

### 三、投标人资格要求

(001 灭菌锅与烘箱)的投标人资格能力要求: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。为此,投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料: (a) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明; (b) 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函; (c) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (d) 参加政府采购活动前三年(2022年2月1日至今,以下简称“近三年”或“前三年”)内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时,应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、本项目不接受联合体投标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位,不得参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。

6、投标人应未曾为采购人在本招标合同项下拟采购的货物提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。;



本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2025年02月26日09时00分到2025年03月05日17时00分

获取方式：通过复旦大学采购与招标管理系统（以下简称电子采购平台，网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）在线获取采购文件，逾期不再办理。潜在供应商可进入电子采购平台后在“正在进行的项目”板块中选择项目进入在线获取采购文件流程并下载电子采购文件，电子采购文件售价零元。未按规定获取招标文件的潜在投标人将不得参加投标。招标文件获取阶段无资格审核流程，若电子采购平台显示有的也将直接通过。注：投标人应授权一名联系人处理投标截止时间之前的联系工作，并对应上传供应商联系人授权（格式自拟）。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年03月19日09时30分

递交方式：复旦大学采购与招标管理系统（网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）电子上传文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2025年03月19日09时30分

开标地点：1、投标人应在投标截止时间之前按电子采购平台的操作步骤对其投标文件进行加密后递交（上传）至电子采购平台。2、开标程序在电子采购平台进行，所有投标人应登录电子采购平台参加开标并在规定时间内进行投标文件解密。

#### 七、其他

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称招标代理机构）受复旦大学（以下简称采购人）委托，兹邀请合格投标人就本项目提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：0811-DSITC250346/ HW2025022401

2、项目名称：灭菌锅与烘箱采购

3、采购需求：

（1）项目基本概况

包件号：01

采购货物：灭菌锅与烘箱

数量：灭菌锅柒台、烘箱叁台

用途和主要规格参数

灭菌锅:

1. 容量:  $\geq 110$  升, 立式结构, 底部需带脚轮, 腔体直径 $\geq 40$ cm、高度 $\geq 70$ cm。
2. 压力容器温度 $\geq 150$ 度、容器压力 $\geq 0.4$ MPa; 压力容器使用年限 $\geq 20$ 年。
3. 干烧三重保护装置: 灭菌腔底须同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式(水位传感器)三种不同干烧保护装置。
4. 腔门完全敞开及任意停留性能: 腔门完全打开时须与灭菌腔达到至少 $90$ 度; 腔盖支持在 $0\sim 90$ 度范围内的任意角度停留。
5. 提供原厂手机 APP, 支持实时查看灭菌器温度、压力等参数, 可查询历史灭菌记录等状态, 支持自动推送故障信息, 提供 APP 官方下载地址。

烘箱:

1. 控温范围: 至少包含室温 $+10\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。
2. 容积:  $\geq 135$ L。

预算金额: 人民币 43.245 万元

最高限价: 人民币 43.245 万元

合同履行期限: 2025 年 9 月 1 日前完成交付

交货地点: 采购人指定地点(复旦大学张江校区)

本项目是否专门面向中小微型企业采购: 本项目不属于专门面向中小微型企业采购项目

中小微型企业划分标准所属行业: 工业

其他: 本项目仅接受国产产品投标, 不接受进口产品投标

二、本次招标的合格投标人应满足下列资格要求:

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。为此, 投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料: (a) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明; (b) 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函; (c) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (d) 参加政府采购活动前三年(2022 年 2 月 1 日至今, 以下简称“近三年”或“前三年”)内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
- 2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。
- 3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时, 应提供由法人出具的对本投标活动承担全部

直接责任的承诺。

4、本项目不接受联合体投标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标。

6、投标人应未曾为采购人在本招标合同项下拟采购的货物提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

三、本项目落实政府采购政策的情况：

本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微型企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持科学进步以及限制采购进口产品等相关政策。

四、获取招标文件：

本项目招标公告发布之日为：2025年2月26日。

凡愿参加投标的潜在投标人应于2025年2月26日起至2025年3月5日17:00止（北京时间），通过复旦大学采购与招标管理系统（以下简称电子采购平台，网址为：

<https://cz.fudan.edu.cn>）在线获取采购文件，逾期不再办理。潜在供应商可进入电子采购平台后在“正在进行的项目”版块中选择项目进入在线获取采购文件流程并下载电子采购文件，电子采购文件售价零元。未按规定获取招标文件的潜在投标人将不得参加投标。招标文件获取阶段无资格审核流程，若电子采购平台显示有的也将直接通过。

注：投标人应授权一名联系人处理投标截止时间之前的联系工作，并对应上传供应商联系人授权（格式自拟）。

五、开标与投标截止时间：2025年3月19日09:30（北京时间），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、开标和投标平台：

1、投标人应在投标截止时间之前按电子采购平台的操作步骤对其投标文件进行加密后递交（上传）至电子采购平台。

2、开标程序在电子采购平台进行，所有投标人应登录电子采购平台参加开标并在规定时间内进行投标文件解密。

七、公告期限：本项目招标公告的公告期限为5个工作日。

八、其他须知

