



复旦大学  
小鼠 IVC 笼具采购

# 招 标 文 件

项目编号：HW2025032602-01（2402040045）

项目名称： 小鼠 IVC 笼具采购

招标人： 复旦大学

招标代理机构： 上海国际招标有限公司

2025 年 7 月

## 总目录

投标邀请书.....	1
第一章 投标人须知及前附表.....	5
第二章 货物需求一览表.....	25
第三章 采购需求.....	27
第四章 合同条款.....	37
第五章 各种格式.....	45
第六章 资格证明文件格式.....	63
第七章 评标办法.....	70



招标文件  
项目编号：2402040045

# 投标邀请书

## 投标邀请书

复旦大学（以下简称招标人）和上海国际招标有限公司（以下简称招标代理机构）兹邀请合格投标人就本项目提交投标文件。

### 一、项目基本情况：

- 1、项目编号：HW2025032602-01（2402040045）
- 2、项目名称：复旦大学小鼠 IVC 笼具采购
- 3、采购需求：

包件号	1
名称	小鼠 IVC 笼具
数量	190 套
用途和主要规格参数	采购适用于 SPF 级小鼠饲养繁育、实验研究的独立通气笼具（IVC），要求有效避免不同笼之间送排风交叉污染，保障实验动物质量和安全。本项目根据招标人单位实验动物 SPF 级屏障设施内小鼠饲养实际需求，购置一批小鼠 IVC 饲养笼具，包括笼架、IVC 主机、笼盒（底盒、金属网格、笼盖、标签牌）、饮水瓶等
采购预算金额 （人民币）	2250 万元
最高限价 （人民币）	2250 万元
合同履行期限	合同签订后 2 个月内完成交货、安装、调试
中小微型企业划分标准所属行业	工业
本项目是否专门面向中小微型企业采购	否

### 二、本次招标的合格投标人应满足下列资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定。为此，投标人应按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款的规定在投标文件中提供下列证明材料和书面声明：（a）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（b）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函；（c）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（d）参加政府采购活动前三年（2022 年 7 月 1 日至今，以下简称“近三年”或“前三年”）内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单。

3、法人的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供由法人出具的对本投标活动承担全部直接责任的承诺。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人）；投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的货物提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

5、本项目不接受联合体投标。

### 三、本项目落实政府采购政策的情况：

本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微型企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持科学进步以及限制采购进口产品等相关政策。

### 四、招标文件的获取：

1、本项目招标公告发布之日为：2025 年 7 月 18 日。

2、凡愿参加投标的潜在投标人应于 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 25 日 17:00 止（北京时间），通过复旦大学采购与招标管理系统（以下简称电子采购平台，网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）在线获取招标文件，逾期不再办理。潜在投标人可进入电子采购平台后在“正在进行的项目”版块中选择项目进入在线获取招标文件流程并下载电子招标文件，电子招标文件售价零元。未按规定获取招标文件的供应商不得参加投标。招标文件获取阶段无资格审核流程，若电子采购平台显示有的也将直接通过。

注：投标人应授权一名联系人处理文件获取等联系工作，并对应上传供应商联系人授权函（格式自拟），如授权函上传错误，投标人应作修改处理，在投标截止时间之前均可正常下载文件。

### 五、开标和投标截止时间：

开标和投标截止时间：**2025 年 8 月 12 日 11:30 时**（北京时间），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

### 六、开标和投标平台：

1、投标人应在投标截止时间之前按电子采购平台的操作步骤对其投标文件进行加密后递交（上传）至电子采购平台。

2、开标程序在电子采购平台进行，所有投标人应登录电子采购平台参加开标并在规定时间内进行投标文件解密。

七、公告期限：本项目招标公告的公告期限为 5 个工作日。

### 八、其他须知：

本项目采用电子招标方式，并在电子采购平台（复旦大学采购与招标管理系统，网址为：<https://cz.fudan.edu.cn>）操作，进入平台后，供应商可在系统通知栏目下载供应商投标操作手册。电子采购平台技术咨询电话：400-808-5975 转 2。

### 九、联系方式：

招标人：复旦大学

地址：中国上海邯郸路 220 号

邮编：200433

联系人：卜老师

电话：86-21-65641292

招标代理机构：上海国际招标有限公司

地址：中国上海延安西路 358 号美丽园大厦 14 楼

邮编：200040

联系人：王晓、冯璐燕

电话：86-21-32173692、32173704

传真：86-21-62791616

邮箱：wangxiao@shabidding.com



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第一章 投标人须知及前附表

## 分目录

投标人须知前附表.....	8
投标人须知.....	10
一、总则.....	10
1 适用范围.....	10
2 招标人和招标代理机构.....	10
3 合格的投标人.....	10
4 政府采购政策.....	11
5 投标费用.....	11
6 质疑.....	11
二、招标文件.....	12
7 招标文件的构成.....	12
8 招标文件的澄清.....	12
9 招标文件的修改.....	12
三、投标文件的编制.....	13
10 投标语言.....	13
11 投标文件的构成.....	13
12 投标函.....	13
13 投标报价.....	13
14 投标货币.....	14
15 资格证明文件.....	14
16 证明货物及服务合格性的文件.....	15
17 投标保证金.....	16
18 投标有效期.....	16
19 投标文件的式样和签署.....	16
四、投标文件的递交.....	17
20 投标文件的密封、标记和发送.....	17
21 投标截止时间.....	17
22 迟交的投标文件.....	17
23 投标文件的修改、撤回和撤销.....	18
五、开标与评标.....	18
24 开标和解密.....	18
25 资格审查.....	18

26	评标过程的保密性 .....	19
27	投标文件的澄清 .....	19
28	评标办法 .....	19
六、	授予合同 .....	19
29	合同授予标准 .....	19
30	招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利 .....	20
31	中标通知书 .....	20
32	签订合同 .....	20
33	履约保证金（若合同条款有约定） .....	20
34	招标代理咨询服务费 .....	20
	上海国际招标有限公司投标保证金提交和退还操作须知 .....	22
	上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺 .....	24

## 投标人须知前附表

注：本表是对投标人须知的具体补充和修改，两者之间如有矛盾，应以本表为准。

序号	条款号	内容
1	1	<p><b>项目名称：</b>复旦大学小鼠 IVC 笼具采购</p> <p><b>采购货物名称：</b>小鼠 IVC 笼具</p> <p><b>公告发布媒体：</b>中国政府采购网、复旦大学信息公开网、复旦大学采购与招标管理中心网站、中国招标投标公共服务平台</p>
2	2	<p><b>招标人名称：</b>复旦大学</p>
3	2	<p><b>招标代理机构名称：</b>上海国际招标有限公司</p> <p><b>地址：</b>中国上海延安西路 358 号美丽园大厦 14 楼</p> <p><b>邮编：</b>200040</p> <p><b>联系人：</b>王晓、冯璐燕</p> <p><b>电话：</b>86-21-32173692、32173704</p> <p><b>传真：</b>86-21-62791616</p> <p><b>邮箱：</b>wangxiao@shabidding.com</p>
4	4.2	<p><b>中小微型企业划分标准：</b>《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）</p> <p><b>所属行业：</b>见投标邀请书</p>
5	8	<p><b>对招标文件提出澄清问题的截止时间：</b>2025 年 7 月 28 日 16:00 时（北京时间）</p> <p><b>现场踏勘：</b></p> <p>为帮助潜在投标人充分了解项目现场情况，招标人邀请所有潜在投标人自愿参加现场踏勘。</p> <p><b>踏勘时间：</b>2025 年 7 月 28 日 09:00 时（北京时间）</p> <p><b>踏勘地点①：</b>上海市徐汇区东安路 130 号复旦大学枫林校区西区 25 号楼围挡入口处</p> <p><b>踏勘时间：</b>2025 年 7 月 28 日 10:45 时（北京时间）</p> <p><b>踏勘地点②：</b>上海市浦东新区张衡路 826 号复旦大学张江校区二期东北门（即 4 号门，校门位于金科路辅路，张衡路与金科路交叉口南约 150 米）</p> <p><b>踏勘联系人：</b>王晓，联系电话：86-21-32173692（自动转接移动电话）</p> <p><b>注意事项：</b>①有意参加现场踏勘的潜在投标人应委派代表参加并携带身份证明材料（如：公司授权书、工作证等）。②迟到或未在上述踏勘起点的潜在投标人，视为放弃参加踏勘。③放弃参加踏勘的潜在投标人因未能参加现场踏勘而带来的损失，由潜在投标人自行承担。④每家潜在投标人可安排不超过 2 名代表参加踏勘，自备必要的工具和设备，自行安排交通并承担踏勘发生的全部费用。⑤如果踏勘后对招标文件进行修改的，招标人将按招标文件的规定以书面形式通知所有从规定渠道获取招标文件的潜在投标人。</p>
6	17.1	<p><b>投标保证金：</b>投标保证金的金额为人民币肆拾肆万元；其有效期应至少能覆盖投标有效期（即其有效期的起始时间应不晚于投标截止时间，其有效期的届满日应不早于投标有效期的届满之日）；其收退规定见投标人须知附件</p>

小鼠 IVC 笼具采购招标文件（项目编号：2402040045）

序号	条款号	内容
7	18.1	<b>投标有效期：</b> 开标后 90 天
8	19.1	<b>电子采购平台：</b> 复旦大学采购与招标管理系统。投标人应使用电子采购平台及其工具编制数据电文形式的投标文件，最终生成并上传加密电子投标文件
9	20.1	<b>递交投标文件的方法：</b> 通过电子采购平台递交数据电文形式的投标文件。开标结束之前，本项目不接受纸质形式的投标文件
10	21.1	<b>投标截止时间：</b> 2025 年 8 月 12 日 11:30 时（北京时间）
11	24.1	<b>开标时间：</b> 同投标截止时间
12	24.3	<b>投标文件解密时限：</b> 开标时间到达后 60 分钟
13	24.5	<b>开标信息确认时限：</b> 开标记录表生成后 10 分钟
14	32.1	<b>合同签约地点：</b> 复旦大学
15	其他	投标人不得相互串通投标，投标人不得与招标人或招标代理机构等串通投标，否则其投标文件将被判定为无效并依法各自接受有关监管部门的处罚。

## 投标人须知

### 一、总则

#### 1 适用范围

本招标文件适用于本须知前附表第1项所列项目及货物的采购。

#### 2 招标人和招标代理机构

本次招标的招标人和招标代理机构见本须知前附表第2项和第3项。

#### 3 合格的投标人

3.1 投标人应满足**投标邀请书**中规定的合格投标人的各项资格要求。

3.2 如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足**投标邀请书**中所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

- (1) 应随投标文件一起提交一份“联合协议”，该协议中应明确指定联合体的牵头人，阐明联合体各方的职责和分工，声明联合体各方在合同执行过程中将承担各自独立和相互连带的责任；
- (2) 联合体各方的职责和分工应与各自的特长、专业工作经验和资质等级允许承担的工作范围（若有时）相适应；
- (3) 投标人的投标文件及中标后签署的合同文件，对联合体的每一成员均具有法律约束力；
- (4) 除牵头人之外的联合体其他各方的单位负责人应签署并提交一份授权书，以证明联合体牵头人的资格；
- (5) 联合体牵头人应被授权代表所有联合体成员承担责任和接受指令，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施；
- (6) 联合体的各成员不得再以自己名义单独参加同一合同的投标，也不得同时加入两个或两个以上联合体参加同一合同的投标，如有违反将取消全部相关投标人的投标资格；
- (7) 由同一专业的单位组成的联合体，按照“联合协议”中分工承担该专业工作的资质等级较低的成员确定整个联合体该专业的资质等级。

3.3 如果本次招标允许合同分包履行的，则投标人应当在投标文件中载明分包承担的供应商，分包供应商均应满足**投标邀请书**中所列明的相关资格要求且不得再次分包。投标人和分包供应商除须提交各方各自的相关证明文件外，还应随投标文件一起提交一份“分包意向协议”。该协议中应明确分包供应商；阐明分包供应商的职责和工作内容；声明在合同执行

过程中由中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

#### 4 政府采购政策

4.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本项目的招标公告或招标文件中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与任一大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。对于货物采购项目，要求拟供货物由中小企业制造且不能使用大型企业的商号或商标；对于服务采购项目，要求服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本招标文件中所称的中小微型企业的含义均与此相同。

4.2 本项目所对应的中小微型企业划分标准及所属行业见本须知前附表第4项。中小微型企业划分标准中所提及的“从业人员”包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

4.3 如投标产品的制造商为符合财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号文要求的中小微型企业，则投标人应在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46号附1要求的《中小企业声明函（货物）》；如投标人为残疾人福利性单位，则投标人应在投标文件中提供格式符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；如投标人为监狱或戒毒企业，则投标人应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件，监狱或戒毒企业视同小型、微型企业。投标人一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4 本项目是否属于专门面向中小微型企业采购的项目见**投标邀请书**。

4.4.1 如果本项目为专门面向中小微型企业采购的项目。投标人提供的货物必须全部由中小企业制造，且在投标文件中须按照本须知第4.3条的要求提供文件。当在招标文件获取截止时间前获取招标文件的潜在投标人数量不足3家或者通过资格审查的投标人数量不足3家时，将中止本次采购活动，并按财库〔2020〕46号文有关规定重新组织采购活动。

4.4.2 如果本项目为非专门面向中小微型企业采购的项目。在评审时将按财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号文的规定，对由小型和微型企业制造的货物给予评标价格扣除。

#### 5 投标费用

投标人应承担编制和递交投标文件的所有费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 6 质疑

如投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应在有关法律、法规、部门规章及规范性文件所规定的质疑期限内，以符合要求的书面形式向**投标邀**

请书中注明的招标人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的全部质疑，否则将不予受理。

## 二、招标文件

### 7 招标文件的构成

#### 7.1 招标文件包括：

章节	名称
	投标邀请书
一	投标人须知及前附表
二	货物需求一览表
三	采购需求
四	合同条款
五	各种格式
六	资格证明文件格式
七	评标办法

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、图样、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，属于投标人的风险。根据**评标办法**的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被判为无效。

7.3 如果招标人在**采购需求**中给出了的工艺、材料和设备的标准或者参照的品牌及型号，则它们仅仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在其投标文件中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌和（或）型号等，但这种替代要实质上优于或相当于**采购需求**中的相关要求，并能使招标人满意。

### 8 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在**本须知前附表**第5项规定的截止时间前按**本须知前附表**第3项规定中的通讯地址以书面形式（如信函、传真或电子邮件，并应同时在电子采购平台上提交，下同）发给招标代理机构。招标代理机构对在该截止时间前收到的任何澄清要求将在原发布招标公告的媒体上发布澄清公告，同时将书面答复发送给每个从规定渠道获取招标文件的潜在投标人，答复中包括潜在投标人所问的问题及对问题的答复，但不包括问题的来源。

### 9 招标文件的修改

9.1 在投标截止时间之前的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2 对招标文件的修改将在原发布招标公告的媒体上发布修改公告，以书面形式通知所有

从规定渠道获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到了修改通知。

9.3 为使投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延后投标截止时间。

### 三、投标文件的编制

#### 10 投标语言

投标人递交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交使用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

#### 11 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括下列部分：

- (1) 按照本须知第12条要求填写的投标函；
- (2) 按照本须知第13条和第14条要求填写的投标报价表；
- (3) 按照本须知第15条要求出具的资格证明文件，以证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；
- (4) 按照本须知第16条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及伴随服务是合格的货物及服务，且符合招标文件的规定；
- (5) 按照本须知第17条要求提交的投标保证金。

#### 12 投标函

投标人应按照招标文件第五章中所附的“投标函格式”完整地填写投标函。

#### 13 投标报价

13.1 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能有的关税、增值税及其他税费等）。

13.2 投标人应按照招标文件第五章中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供货物的名称、型号及规格、原产地及制造商、数量、单价和总价。每一报价项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

13.4 投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已标明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

13.5 投标人在其货物清单中如有超出招标文件货物需求一览表及采购需求要求的附加、

辅助或额外的部件、配件、装置、设备或软件等，不论其是否标明分项价格，在计算评标价格时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价汇总表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在开标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

13.6 投标人不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但在计算评标价格时这部分费用将不予扣除。

13.7 投标报价表中的价格应按下列方式分开填写：

- (1) 对所供应的货物报完税后交货价（DDP）。该报价必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将要支付的增值税、产品税、销售税和其他税费；
- (2) 投标人应根据产品的技术状况列出质量保证期内标准备品、备件的清单和价格，并将该备品、备件价计入投标总价，若所提供的产品无需备品、备件，则应在投标文件中说明，否则评标时将用其他有效标中标准备品、备件的均价计入其评标总价；
- (3) 所有伴随服务的费用。

13.8 投标人应按照本须知第13.7条的要求分类报价，其目的是便于评标委员会评标。在任何情况下，分类报价方式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

13.9 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格递交的投标将视为非响应性的投标而被判为无效。

## 14 投标货币

本采购项下的投标应以人民币（CNY）报价。

## 15 资格证明文件

15.1 按照本须知第11条的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。对于本项目合格投标人资格条件中提及的与单位或个人相关的资质或资格证明文件，投标人可以在投标文件中直接提供相关资质或资格证明文件，也可以提供可以查询到相关资质或资格信息的有关官方网站的网址（必须保证此类查询无需任何费用，也无需事先办理注册或认证等手续）；如果投标人在其投标文件中既未提供上述资质或资格证明文件，也未提供可供查询的官方网站的网址，则将视为投标人未按规定提供资格证明文件。

15.2 投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件应能使招标人和招标代理机构满意，并符合下列要求：

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函。为此，投标人应按照招标文件第六章中所附的格式提供书面声明或提供以下三项证明材料：
  - (a) 财务状况报告。投标人应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的

资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。投标人也可以提供《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2012〕124号）中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函作为财务状况报告的证明；

- (b) 依法缴纳税收的相关材料。依法缴纳税收的相关材料指：由税务机关出具的投标人依法缴纳税收的凭证或依法享受免税的证明；
  - (c) 依法缴纳社会保障资金的相关材料。依法缴纳社会保障资金的相关材料指：由投标人当地社保中心或类似机构出具的含有参保人数信息的投标人交纳社保资金证明材料；
- (3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
  - (4) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  - (5) 证明满足**投标邀请书**中规定的合格投标人的其他资格要求的文件；
  - (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

15.3 投标人应填写并提交招标文件第六章中所附的资格证明文件。

15.4 投标人的信用情况将以招标代理机构从财政部指定的“信用中国”网站（[www.credit.china.gov.cn](http://www.credit.china.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等官方渠道查得的信息为准，所查得的信用信息查询记录和证据将与招标文件等一并归档。

## 16 证明货物及服务合格性的文件

16.1 按照本须知第11条的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有货物及伴随服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

16.2 证明货物及伴随服务合格性的文件应包括投标报价表中对货物及伴随服务原产地的声明。

16.3 证明货物及伴随服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图样和数据，投标人应提供：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明，设计方案等；
- (2) 项目实施计划（包括供货、安装、调试、培训等）；
- (3) 项目管理和技术人员、项目管理和技术支持方案等；
- (4) 售后服务计划（包括质量保证承诺、售后服务机构、维保计划、备品备件和特种工具储备等）；
- (5) 业绩证明；
- (6) 投标人的相关证书、制造商的相关证书、产品检测报告、制造商支持材料、证明投标符合招标要求或针对第七章**评标办法**可提升投标竞争力的其他资料等；
- (7) 逐条对**采购需求**进行评议，说明自己提供的货物及伴随服务是否作出了实质性响应，并按招标文件第五章中所附的格式逐条填报“技术规格响应/偏离表”；

(8) 对招标人提出的商务条款进行评议，并按招标文件第五章中所附的格式填报“商务条款响应/偏离表”。

16.4 凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”或“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

## 17 投标保证金

17.1 投标人应提交一笔本须知前附表第6项规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

投标保证金是为了保护招标人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标人和招标代理机构在因投标人的行为而蒙受损失时，可根据本须知第17.5条的规定不退还其投标保证金。

17.2 对没有随附投标保证金的投标，在评标时将视为非响应性的投标而被判为无效。

17.3 未中标人的投标保证金，将在招标人向中标人发出中标通知书后的 5 个工作日内退还。

17.4 中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第32条规定与招标人签订合同并按本须知第33条规定交纳履约保证金（若合同条款有约定）后的 5 个工作日内退还。

17.5 当发生下列任一情况时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在其投标函中承诺的投标有效期内撤销投标；
- (2) 中标人在规定期限内未能
  - (a) 根据本须知第32条规定与招标人签订合同；
  - (b) 根据本须知第33条规定提交履约保证金（若合同条款有约定）；
  - (c) 根据本须知第34条规定向招标代理机构支付招标代理咨询服务费。

## 18 投标有效期

18.1 投标人的投标应从本须知第24条规定的开标之日起，在本须知前附表第7项所规定的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定短的投标将被视为非响应性的投标而被判为无效。

18.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其投标保证金不会因此而不被退还。同意延长投标有效期的投标人既不能被要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

## 19 投标文件的式样和签署

19.1 投标人应按照本须知第11条的要求，使用本须知前附表第8项规定的电子采购平台编制数据电文形式的投标文件。

19.2 凡招标文件的投标格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标文件对应文件

均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章。单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人。投标人是自然人时，无须加盖公章。如果要求加盖公章之处投标人加盖的是投标专用章等其他印章，则必须同时提供加盖了公章的声明函，声明所加盖的投标专用章等其他印章与其单位公章具有同等效力，否则不予认可。下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”，其格式应符合招标文件第六章的规定（若投标人为非法人组织，应参照法定代表人授权书的格式，由营业执照上的单位负责人签署授权书）。

19.3 投标人应按电子采购平台的要求将投标文件转换成规定的格式。

19.4 当要求投标人在递交数据电文形式投标文件的基础上在电子采购平台指定页面（或投标工具）的价格填报栏中直接填报价格时，上述投标文件及报价具有同等法律效力，投标人应保证相关内容间的一致性。如果在资格审查、评标或签署合同时发现某一投标人所递交上述文件或报价的内容存在不一致时，除按**评标办法**规定的报价计算错误修正外，评标委员会和招标人都将按不利于该投标人的原则进行处理。

## 四、投标文件的递交

### 20 投标文件的密封、标记和发送

20.1 本次招标要求投标人按**本须知前附表**第9项所规定的方式递交投标文件。

20.2 投标人应在投标截止时间之前按电子采购平台的操作规程对其投标文件进行加密后上传至电子采购平台。

20.3 由于投标人的原因造成其投标文件未加密的，招标人和招标代理机构对投标信息的意外泄露不承担责任。

20.4 对未按规定获取招标文件的潜在投标人递交的投标文件，未通过资格预审的申请人递交的投标文件，逾期送达，未按规定加密或未按规定上传的投标文件，招标代理机构将不予受理。

### 21 投标截止时间

21.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于**本须知前附表**第10项规定的截止日期和时间。投标截止时间之后，电子采购平台将不再接受投标人上传投标文件。

21.2 招标人和招标代理机构可以按**本须知**第9条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延后投标截止时间。在此情况下，招标人和招标代理机构与投标人之间受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延后至新的截止时间。

### 22 迟交的投标文件

按照**本须知**第20.4条和第21条的规定，招标代理机构将拒收并原封退回在其规定的投标截止时间之后收到的任何投标文件。

## 23 投标文件的修改、撤回和撤销

23.1 投标人在上传投标文件后，可以通过电子采购平台修改其投标文件，但必须在规定的投标截止时间之前撤回并重新上传修改后的投标文件。开标时将以投标截止时间之前最后一次上传的投标文件为准。

23.2 投标人在上传投标文件后，可以通过电子采购平台撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间之前进行撤回操作。

23.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.4 根据本须知第17.5条的规定，在投标截止时间至投标人承诺的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 24 开标和解密

24.1 招标代理机构将在本须知前附表第11项规定的时间组织公开开标。

24.2 开标程序在电子采购平台进行，所有投标人应准时登录电子采购平台在线参加开标。

24.3 开标时间到达后，投标人应在本须知前附表第12项所规定的时间内按电子采购平台的操作步骤对其投标文件进行解密。解密倒计时结束后，不论开标成功与否，投标人上传的数据电文形式投标文件未解密的视为放弃投标，如已解密但因投标人原因无法正常打开的视为投标无效，相关责任均由投标人自行承担。

24.4 投标文件解密后，电子采购平台将根据投标文件的内容生成开标记录表。只有在开标时汇总生成的报价变更声明才能在评标时予以考虑。

24.5 开标记录表生成后，投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件一致，并在本须知前附表第13项所规定的时间内按电子采购平台的操作步骤对开标结果和过程进行确认和电子签名。因投标人自身原因未能在规定时间内作出确认并签名的视为其认可开标结果和过程。

### 25 资格审查

25.1 开标结束后，招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查的内容包括：

- (1) 投标人的资格是否符合本项目投标邀请书中列明的对合格投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；
- (2) 投标文件的签署和盖章情况是否符合本须知第19.2条的规定（包括当投标文件由授权代表签字时，是否提交了格式符合招标文件第六章要求的“法定代表人授权书”）；
- (3) 投标人是否按本须知第17.1条的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；

- (4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同单位，不得参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人），投标人应未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的货物提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务，投标人是否按规定提交上述内容的声明函；
- (5) 对于专门面向中小微型企业采购或预留部分预算专门面向中小微型企业采购的项目，投标人是否按规定对专门面向中小微型企业采购的部分提交中小企业声明函；
- (6) 对接受联合体投标项目，以联合体形式投标的投标人是否未按规定提交联合协议，或者提交的联合协议未明确牵头人、各成员间的分工和一旦中标将向招标人承担连带责任，或者投标单位以单独或联合成员形式在不同投标人中出现两次以上的。

25.2 如果投标人未通过上述资格审查，其投标将被直接判为无效，不再进入后续评标程序。

25.3 如通过资格审查的投标人数量不足 3 家，本项目将直接发布评标结果公告（或废标公告），不再启动后续评标程序。

## 26 评标过程的保密性

26.1 公开开标后，直至向中标方授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

26.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人、招标代理机构和（或）评标委员会的评委施加任何影响，其投标将被判为无效。

## 27 投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或经评标委员会授权的招标代理机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

## 28 评标办法

本次招标将按招标文件第七章评标办法所规定的评标方法和标准进行评标。

# 六、授予合同

## 29 合同授予标准

除本须知第30条规定外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满足履行合同义务的中标人。

### 30 招标人接受和拒绝任一或所有投标的权利

当因重大变故采购任务取消时，招标人保留在授标之前的任何时候接受或拒绝任一投标、宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 31 中标通知书

- 31.1 在投标有效期届满之前，招标代理机构将以书面通知的形式通知中标人。
- 31.2 中标通知书将成为合同的组成部分之一。

### 32 签订合同

- 32.1 中标人应当在招标代理机构发出中标通知书之日起三十（30）天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订地点为本须知前附表第14项注明的地点。
- 32.2 除不可抗力外，中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人或招标代理机构将不向其退还投标保证金；招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新招标。中标人未在法律规定期限内与招标人签订合同（除招标人原因之外），或者拒绝按照招标文件和中标人投标文件的规定签订合同均视为拒绝与招标人签订合同。
- 32.3 当中标人被确认为中小微型企业时，所签订的中标合同中约定的支付条款将按《保障中小企业款项支付条例》（国务院第 728 号令）的规定作出相应调整。
- 32.4 依据财库〔2020〕46 号文的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小型和微型企业不得将合同分包给大型或中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
- 32.5 除招标文件规定的投标保证金和履约保证金（若合同条款有约定）外，本项目不收取其他保证金。若合同条款中提及收取其他保证金的，则相应内容应理解为可变更的非实质性条款，且合同实际签订时将不予考虑。

### 33 履约保证金（若合同条款有约定）

- 33.1 合同条款中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
- 33.2 投标人可以采用网上支付、电汇、支票、汇票、本票、保函等形式提交履约保证金。向招标人提交履约保证金银行保函的，其格式应为招标人可以接受的格式。
- 33.3 如果中标人没有按照上述第32.1或33.1条的规定执行，招标人和招标代理机构将有充分理由取消原先发出中标通知书，并不退还其投标保证金。在此情况下，招标人可将本标授予评标委员会推荐的下一个中标候选人，或重新招标。

### 34 招标代理咨询服务费

本次招标的招标代理咨询服务费由中标人支付，支付标准以中标通知书中列明的中标金额为准，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕

857 号）所规定的货物类招标收费标准乘以 **62.68%** 计算；支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标代理机构支付招标代理咨询服务费，招标代理机构有权不退还其投标保证金。

附件 1:

## 上海国际招标有限公司投标保证金提交和退还操作须知

（2025 版）

### 1 接收投标保证金的银行账户信息

#### 1.1 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

- (1) 户名：上海国际招标有限公司
- (2) 账号：215080920510001
- (3) 开户银行：招商银行股份有限公司上海普陀支行
- (4) 联行号：308290003191

#### 1.2 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

- (1) 收款人开户银行(ACCOUNT WITH INSTITUTION):
  - (a) Bank: CHINA GUANGFA BANK, H.O.
  - (b) Swift Code: GDBKCN22
  - (c) Address: No.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN
- (2) 收款人名称、地址和账号(BENEFICIARY):
  - (a) Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.
  - (b) Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China
  - (c) A/C No.: 9550880025773600153(CNY) CNAPS:306290003671
  - (d) A/C No.: 9550880025773600333(USD)
  - (e) A/C No.: 9550880025773600513(EUR)
  - (f) A/C No.: 9550880025773600423(JPY)

### 2 投标保证金的提交

2.1 投标人应当采用法律法规规定的非现钞形式提交投标保证金。投标人不得以现钞形式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

2.2 投标人为联合体的，应由联合体各方或者联合体中的牵头人提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。

2.3 当投标人用保函形式提交投标保证金时，保函须包含以下内容“（担保行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束（担保行名称）及其后继者，一旦收到招标人或招标代理机构提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向招标人或招标代理机构支付总额为（投标保证金金额）元的人民币：（1）投标人在其投标函中承诺的投标有效期届满前撤销其投标；（2）投标人在收到中标通知书后未按招标文件的规定与招标人签订合同；（3）投标人未按合同条款的约定向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）；（4）投标人在收到中标通知书后未按招标文件的规定向招标代理机构支付招标代理咨询服务费。除招标人或招标代理机构提前终止或解除保函外，保函从开标之日起至投标有效期届满之日始终有效，且在招标人（或招标代理机构）和投标人同意延长并通知（担

保行名称）的期限内继续有效。”；保函的申请人应为投标人，保函受益人应为招标人。保函不单独提供投标保证金收据。

2.4 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应将相应款项直接付至本须知第 1 条指定的账户，并作如下备注：

（1）在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：\*\*\*\*\*”）；

（2）联合体多方共同提交投标保证金的，还应注明联合体牵头人简称；

2.5 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟，汇款有误等情况），投标人须根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金到账时间，确保投标保证金在投标保证金提交截止时间前到账。投标保证金的到账时间以接收保证金开户银行推送的到账时间为准。

2.6 当采用转账、电汇等形式提交投标保证金时，收到投标保证金后的次日北京时间 13 时前，招标代理机构将向投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱发送保证金电子收据，请注意查收。

2.7 投标人提交投标保证金形式、金额、到账时间、有效期等不符合招标文件规定的，其投标文件将被否决。

### 3 投标保证金的退还

3.1 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，在具备“投标人须知”规定的投标保证金退还条件后，投标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（投标人获取招标文件时登记的联系人邮箱）和退款。如未及时收到退款，请与招标代理机构项目负责人联系。

3.2 如招标服务费由中标人承担，经中标人同意后招标代理机构可在向其退款时扣除相应服务费并同时开具发票。

3.3 对采用转账、电汇等形式提交的投标保证金，还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。投标人应按退款邮件注明的利息金额提供发票，招标代理机构收到发票后予以支付。投标人未提供的，视同投标人放弃相关权利。

3.4 对采用保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本，不支付投标保证金的利息。

### 4 其他

本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

附件 2:

## 上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特对制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

- （1） 不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它财物等，无法拒绝的一律上缴。
- （2） 不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各项费用。
- （3） 不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游、娱乐或其他有悖于法律规定和职业道德的各种活动。
- （4） 除招标人之外，在投标截止时间（包括提交谈判响应文件及报价文件的截止时间）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。
- （5） 不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标等。
- （6） 除支付合理评审费之外，不向评标专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评标职责。
- （7） 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。
- （8） 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-32173646，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第二章 货物需求一览表

## 货物需求一览表

序号	货物名称	数量	是否为核心产品	最高限价/分项最高限价 (人民币)
1	小鼠 IVC 笼具（常规单面架）	49 套	是	2250 万元
2	小鼠 IVC 笼具（常规双面架）	27 套	是	
3	小鼠 IVC 笼具（配合自动饮水单面架）	100 套	是	
4	小鼠 IVC 笼具（配合自动饮水双面架）	14 套	是	

注：投标人的投标报价不得超过对应的最高限价（含可能有的分项最高限价）。若投标人的任意一项投标报价超过对应的最高限价或分项最高限价，则其投标将被判为无效。



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第三章 采购需求

## 一、总则

1. 本**采购需求**所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本**采购需求**的要求外，还应符合中国国家、地方等有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。除本**采购需求**有例外说明外，当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本**采购需求**的规定之间存在差异时，应以本**采购需求**为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本**采购需求**的规定时，投标人应在获取招标文件后，尽快向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。如投标人所投产品或服务有优于或超出本**采购需求**，或者优于或超出中国国家、地方等有关标准、规范之处，可以在投标文件的《技术规格响应/偏离表》中列明，并提供相关证明材料，以便评标委员会在评标时能够作出对其有利的评估。
2. 除有特殊说明之外，本**采购需求**中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。
3. 投标人针对招标文件中所规定的各项要求的响应不得弄虚作假。投标人中标之后，如果其实际提供的产品或服务的技术指标或状态达不到其在投标文件中承诺的参数值或水平时，招标人将向有关监管部门报告其弄虚作假行为，有关监管部门将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定对其作出处罚（即将被处以“在一至三年内禁止参加政府采购活动”的处罚）；同时该投标人还应就其每一项达不到承诺值或承诺水平的技术指标或要求向招标人支付违约赔偿，且招标人保留终止合同的权利。
4. 对中国国家强制要求应获得许可才能进行的事项，投标人应保证投标产品的制造商或投标服务的提供商和人员具有相应的许可；对列入强制性产品认证目录的产品，投标人应保证投标产品取得认证；对有关法律法规强制要求应获得相关检测或检验的产品，投标人应保证投标产品取得相关检测或检验。
5. 本**采购需求**中所有加注“★”号的要求均为主要要求，投标人在投标文件中应对这些要求作出实质性响应。对于技术规格的主要要求，除条款要求中有特别说明外，投标人应提供技术支持资料。如果投标人的投标未对任意一项主要要求作出实质性响应，或者未按要求提供技术支持资料，其投标将被判为无效。技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过 3C 认证的证书）或有相应资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告（检验检测报告应标注有检验检测机构资质认定标志）或投标货物制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或有相应资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告与投标货物制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或有相应资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前

完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。关于技术支持资料的规定下同。

6. 本采购需求中所有加注“▲”号的要求均为特别关注要求，投标人在投标文件中应对这些要求作出实质性响应。对于技术规格的特别关注要求，除条款要求中有特别说明外，投标人应提供技术支持资料。如果投标人的投标未对任意一项特别关注要求作出实质性响应，或者未按要求提供技术支持资料，评标委员会将对其作出不利的评估。

## 二、采购需求

### 1 设备名称：小鼠 IVC 笼具

### 2 概况

设备用途及其主要功能：采购适用于 SPF 级小鼠饲养繁育、实验研究的独立通气笼具（IVC），要求有效避免不同笼之间送排风交叉污染，保障实验动物质量和安全。本项目根据招标人单位实验动物 SPF 级屏障设施内小鼠饲养实际需求，购置一批小鼠 IVC 饲养笼具，包括笼架、IVC 主机、笼盒（底盒、金属网格、笼盖、标签牌）、饮水瓶等。

3 配置要求（下述每套的笼位数量和套数均为基础要求，投标人可以提供满足下述要求的更优方案）

3.1 小鼠 IVC 笼具（常规）：数量 76 套，其中

3.1.1 小鼠 IVC 笼具单面架一拖二（常规）：数量 49 套，每套包含

- (1) IVC 主机 1 台（合计 49 台）；
- (2) IVC 小鼠笼架（10 层×8 列，单面，80 笼位）2 架（合计 98 架）；
- (3) IVC 小鼠笼盒 210 套（合计 10290 套）；
- (4) 小鼠饮水瓶 280 套（合计 13720 套）；

3.1.2 小鼠 IVC 笼具双面架一拖一（常规）：数量 27 套，每套包含

- (1) IVC 主机 1 台（合计 27 台）；
- (2) IVC 小鼠笼架（10 层×8 列，双面，160 笼位）1 架（合计 27 架）；
- (3) IVC 小鼠笼盒 210 套（合计 5670 套）；
- (4) 小鼠饮水瓶 280 套（合计 7560 套）；

3.2 小鼠 IVC 笼具（需配合招标人已有的自动饮水厂家安装调试自动饮水装置）：数量 114 套，其中

3.2.1 小鼠 IVC 笼具单面架一拖二（需配合招标人已有的自动饮水厂家安装调试自动饮水装置）：数量 100 套，每套包含

- (1) IVC 主机 1 台（合计 100 台）；
- (2) IVC 小鼠笼架（10 层×8 列，单面，80 笼位）2 架（合计 200 架）；
- (3) IVC 小鼠笼盒（开饮水嘴孔，带自动饮水关闭阀）220 套（合计 22000 套）；

3.2.2 小鼠 IVC 笼具双面架一拖二（需配合招标人已有的自动饮水厂家安装调试自动饮水装置）：数量 14 套，每套包含

- (1) IVC 主机 1 台（合计 14 台）；
- (2) IVC 小鼠笼架（10 层×8 列，双面，160 笼位）2 架（合计 28 架）；
- (3) IVC 小鼠笼盒（开饮水嘴孔，带自动饮水关闭阀）440 套（合计 6160 套）。

### 4 技术规格

#### 4.1 主机

4.1.1 主要材质：机壳要求采用 SUS304 不锈钢（或其他更优材料）。操作面板支架表面光滑，抗污防尘，要求美观实用。

4.1.2 主机外形长深高： $\leq 350 \times 600 \times 1650\text{mm}$ 。

4.1.3 每台主机至少可同时连接 1-4 个单面笼架或 1-2 个双面笼架。

4.1.4 主机排风口采用恒压连接方式；笼架回风管采用一次成型等径三通及平板式插板连接器与主机连接；回风管要求可以根据笼架高度伸缩。

4.1.5 送排风系统：操作采用触摸彩色屏，尺寸 $\geq 7$ 寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机。

4.1.6 异常报警：具有温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持短信报警功能；具有断电报警功能，和来电自动恢复运行功能。

4.1.7 日常监控：可通过无线（WIFI）或有线网络连接 IVC 系统实现联网监控，实现手机 APP 远程监控和短信透传，实时监测笼内温度、湿度、压力、换气次数等数据，并不间断上传至物联网云平台进行数据保存。（本条应提供技术支持资料，并可提供 IVC 智能监控小程序图片证明作为技术支持资料）

4.1.8 ▲控制系统至少具有三级权限：操作员权限、维护员权限、管理员权限；各级权限可设置多个账号，用户可自由编辑账户名及密码。管理员可进行权限内容分配。（本条可提供三级权限详细说明及触摸屏功能图片证明作为技术支持资料）

4.1.9 送风、排风各设不少于初、高两级过滤器，高效是无隔板方型高效，高效过滤器过滤率 $\geq 99.95\%$ 。

4.1.10 ★电源：220VAC50Hz；功率： $\leq 200\text{W}$ ；排风量不低于  $100\text{m}^3/\text{h}$ ；换气次数（次/h）至少包含：15~50（可调）；压差梯度(Pa)至少包含：10~50（可调）；空气洁净度(级) $\leq 100$ 级，噪音 $\leq 55$ 分贝，换气次数 $\geq 40$ 次/h时的误差率 $\leq 10\%$ 。

4.1.11 主机门两侧圆弧设计，带自吸锁定功能，无门锁装置（非靠门锁锁定）。（本条应提供技术支持资料，并可提供主机正面实物图片证明作为技术支持资料）

4.1.12 底部带 4 个移动轮，其中 2 个带刹车装置，SUS304 不锈钢（或其他更优材料）支架，采用耐湿热高温 PPSU 材质（或其他更优材料）轮盘。

4.1.13 具有涵盖投标 IVC 主机电器安全的认证证书或有相应资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告（检验检测报告应标注有检验检测机构资质认定标志），并提供证明材料，如证明材料为英文的需提供中文翻译。

#### 4.2 笼架

4.2.1 ★小鼠 IVC 笼架长宽高规格：（10 层 $\times$ 8 列，单面，80 笼位） $\leq 1750 \times 500 \times 2130\text{mm}$ ；（10 层 $\times$ 8 列，双面，160 笼位） $\leq 1750 \times 900 \times 2130\text{mm}$ 。

4.2.2 ▲笼架应为 SUS304 或更高级别不锈钢材质，钢管壁厚不小于 1.2mm，表面光滑，可整体高温高压灭菌。

4.2.3 笼架的纵向和横向位置，应带有坐标号，如笼架横向位置为 A、B、C 等英文字母，笼架纵向位置为 1、2、3 等阿拉伯数字。（本条应提供技术支持资料，并可提供实物照片证明作为技术支持资料）

- 4.2.4 ▲笼架导轨应有笼盒到位指示标志。（本条可提供实物照片证明作为技术支持资料）
- 4.2.5 笼架预留自动饮水厂家安装自动饮水管和饮水嘴的条件。笼盒后端自动饮水嘴配备硅胶碗型密封器，确保笼盒与饮水嘴之间密封性。
- 4.2.6 笼架送、排风硅胶材质气嘴与支风管采用旋转快接式卡槽固定，要求无须调节，能拆卸，易清洗、无死角。
- 4.2.7 ▲笼架进排风管采用单向便捷连接器，与主机通过伸缩软管连接；连接器装置具有密封性，要求连接无需螺丝刀等工具，并且有防脱离的保护锁定装置；便捷连接器装置采用全新 ABS 或其他耐高温塑料一体成型，要求可耐高温、耐酸耐碱（需通过盐雾测试、耐腐蚀测试、耐高温测试、耐压测试，并在技术支持资料中体现测试结果依据），要求后期笼架能清洗消毒。一端可连接波纹管、螺旋管等不同软管，旋转固定。便捷连接器装置密封性（需通过密封性测试，并在技术支持资料中体现测试结果依据）：在 $\geq 0.5\text{MPa}$  压力下，最大泄漏量 $\leq 1$  个气泡数/15S。
- 4.2.8 ▲底部带 4 个移动轮（脚轮），其中 2 个带刹车装置，SUS304 不锈钢（或其他更优材料）支架，采用耐湿热高温 PPSU 材质（或其他更优材料）轮盘。
- 4.2.9 ▲笼架通气嘴：笼架通气嘴应具有自动关闭功能。当笼盒脱离笼架后，笼架通气嘴能即刻自动关闭，使取下笼盒时气体无外泄，保证系统压力稳定、防止交叉污染。（本条应提供笼架自关闭通气嘴工作原理图解说明及技术支持资料）

### 4.3 笼盒

- 4.3.1 ★笼盒长宽高 $\geq 380 \times 200 \times 160\text{mm}$ ，饲养（ $\geq 20\text{g}$ ）小鼠不少于 5 只，各项指标应满足《GB14925-2023 实验动物环境及设施》相关要求。
- 4.3.2 ▲小鼠笼盒水瓶内置式，部分笼盒需开有自动饮水嘴孔并装有关闭阀（配置见本采购需求第3.2条），整套笼盒包含塑料底盒、盒盖、不锈钢网盖、标签牌、自动饮水孔密闭硅胶塞。底盒与盒盖之间用硅胶圈密封，应保持良好气密性。笼盖及笼底均应明确标识生产日期、笼盒材质、厂家 LOGO 等标识。
- 4.3.3 ★笼盒应采用聚亚苯基砜（PPSU）高分子材料（或其他更优材料）全新料一次成型，颜色透明，不含双酚 A 有害物质，耐高温：每次 $\geq 134^\circ\text{C}$ 保持 30 分钟情况下，至少 350 次灭菌不变形。不低于 1 米高度自由落下无破损。
- 4.3.4 小鼠笼盒底盒距离底部 60mm（ $\pm 2\text{mm}$ ）中心位置开自动饮水孔，并装有 SUS304 不锈钢材质或更优材质的自闭合阀片，笼盒脱离笼架后需能保持良好气密性，底盒安装饮水阀片的面与盒底平面的角度应不大于  $92^\circ$ 。自动饮水孔配有密闭硅胶塞，便于后期笼盒用于普通 IVC 笼架饲养。（本条应提供技术支持资料，并可提供硅胶塞实物图片作为技术支持资料）
- 4.3.5 密封方式：笼盒与笼盖之间采用侧向硅胶密封条（笼盒密封条需在底盒上沿外侧，应能保证高温灭菌后不易脱落），应保持良好气密性。
- 4.3.6 ▲笼盖：进排气嘴采用 O 形硅胶密封圈密封，应保证在脱离笼架或对接笼架状态下笼盒的气密性。笼盖生命窗：笼盒顶部生命窗面积 $\geq 210\text{cm}^2$ ，四周带有硅胶密封压槽。生命窗覆盖 $\leq 0.22\mu\text{m}$  微生物滤膜，滤膜具有过滤功能（病毒过滤有效性（VFE） $\geq 99.9999\%$ ，细菌过滤有效性（BFE） $\geq 99.9999\%$ ）。滤膜在 500pa 压力下，透气率 $\geq 0.01\text{L}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$ ，要求

能降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。滤膜要求可耐高温灭菌、耐低温无变脆现象、耐过氧化氢及紫外线消毒，并可重复使用。

4.3.7 ▲笼盖过滤装置：笼盖排风气嘴处设有插扣式过滤装置，过滤网 $\geq 60$ 目，过滤网面积 $\geq 5\text{cm}^2$ 。应能防止笼内粉尘和毛发进入回风管道，材质需与笼盒一致，且能同时高压灭菌。（本条可提供笼盖过滤装置实物图片证明作为技术支持资料）

4.3.8 笼底盒两端与盒盖应有弹性按压相扣装置，应能够单手单边完成开盖操作。材质需要笼盒材质一致材质（不得含有金属材质），保证其寿命和各项物理性能。

4.3.9 每个笼盒独立配置悬挂的标签牌，长 $\times$ 宽 $\leq 115\times 85\text{mm}$ ，通过翻转后不遮挡正面对笼内动物的观察，同时能进行实验数据登记，标签牌挂在笼盖上，材质需与笼盒材质一致能耐高温高压灭菌，不变形不断裂。

4.3.10 笼盒底盒壁厚： $\geq 2.5\text{mm}$ ，但应保证透明度。

4.3.11 ▲笼盖进风口与排风口之间应有长度不少于 150mm 阻隔板，笼内风速应 $< 0.15\text{m/s}$ 。（本条可提供阻隔板图片证明作为技术支持资料）

4.3.12 ▲笼盒网盖应为 SUS 304 不锈钢材质或更优材质。笼盒网盖为整体式全覆盖网架结构，网架外边框采用直径 $\geq 3\text{mm}$ 圆钢，其他采用直径 $\geq 1.6\text{mm}$ 圆钢，钢丝间隙为 $\leq 8\text{mm}$ ，放置饲料和水瓶应在同侧，便于观察动物进食饮水情况。

4.3.13 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部。

#### 4.4 饮水瓶

4.4.1 水瓶容积 $\geq 250\text{ml}$ ，瓶体扁方型设计，要求可提升笼内饲养活动空间。

4.4.2 瓶体采用全新聚亚苯基砜（PPSU）高分子材料（或其他更优材料）经一次吹塑成型，方形带液位刻度；瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈。

4.4.3 瓶盖材质 SUS316 不锈钢（或其他更优材料）需带材质钢印，饮水管直径 $\leq 7\text{mm}$ ，电抛光处理，水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。

4.5 针对 IVC 笼架配合自动饮水的要求（对于本条要求项下的全部标注“★”号的要求，投标人均提供承诺函，无需提供其他技术支持资料）

4.5.1 ★自动饮水装置由招标人提供，自动饮水公司为招标人已有的自动饮水公司，投标人中标后应与自动饮水公司对接。

4.5.2 ★笼架、笼盒与自动饮水装置设计要求

- （1） 中标人提供已获招标人确认的定制生产笼架 CAD 图纸给自动饮水公司，自动饮水公司会在此 CAD 图纸上定制设计自动饮水管路和饮水嘴及放水阀。
- （2） 中标人应根据招标人要求和自动饮水管路设计图的要求，在现场自动饮水安装过程中配合自动饮水公司对自动饮水装置安装到位。
- （3） 对于双面笼架，阀的管道应安装在笼盒间的垂直面，此垂直面应距离两边笼盒的距离相等，而饮水支管管道中心距离笼盒后侧的距离应在 50.8mm 到 55.6mm 之间，从笼盒后侧至靠近笼盒后侧风管壁的水平距离应在 16mm 到 30mm 之间。如果笼具设计不允许在笼盒要求的距离上安装管道，中标人应和自动饮水厂家协商解决。

4.5.3 ★笼架支撑架与自动饮水支管管路的配合要求。

- (1) 中标后，自动饮水公司会根据已确定的标准笼具设计图纸设计支撑饮水支管的支撑件。中标人应根据该设计定制生产此支撑件，并需根据该设计图在中标人生产单位内，将支撑件焊接或固定在笼架上。自动饮水公司会提供固定饮水管路的夹扣，以固定笼架上的饮水管路。
- (2) 自动饮水公司会提供安装所需的螺丝螺母，因此安装孔应位于笼架特定位置的安装板上，且两头都能穿透（不可在方管上打盲孔）。

4.5.4 ★笼盒的自动饮水孔洞设计：

- (1) 中标人应根据自动饮水公司设计的自动饮水图纸，对每个笼盒后侧实施打孔。
- (2) 设计的自动饮水水嘴孔洞，应符合图纸尺寸偏差要求，投标人应提供自动饮水水嘴孔洞的不锈钢钢包圈，以防止小鼠啃咬，应提供当饮水嘴拔出后饮水孔能自动封闭的弹簧盖片，确保自动饮水水嘴插入后紧密吻合连接，拔出后能自动密封，不得有空气的泄漏。
- (3) 对于自动饮水嘴和笼盒后侧孔位的密封，中标人应提供硅橡胶密封圈，以进一步密封笼盒。

4.5.5 ★对于笼盒的定位要求：

- (1) 同一排和同一列的笼盒与笼盒之间的间距累计误差需控制在 0.75mm 以内。
- (2) 笼架位于笼盒后侧位置中标人应安装定位挡块，以确保每个笼盒推到底部时能在同一位置上定位，而不撞击后侧的饮水管管路。

4.5.6 ★自动饮水装置的安装与调试：当笼架完成安装，自动饮水公司会安排人员在现场将自动饮水管路安装在中标人的笼架上并进行水路的调试，中标人应安排工程师在现场配合自动饮水公司对笼架进行必要的调整和调试。

4.6 其他要求（对于本条要求项下的全部标注“★”号的要求，投标人均提供承诺函，无需提供其他技术支持资料）

4.6.1 投标人应与招标人已有的修缮施工方和自动饮水公司密切配合，保证设备按时安装到位并满足使用要求。投标人应承担设备安装的相应费用（如管道等）。

4.6.2 ★所有 IVC 笼具（主机、笼架、笼盒、饮水瓶）应保证为非贴牌加工产品，制造商统一生产，保证产品生产质量。

## 5 技术服务及其他

5.1 为方便招标人设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，投标人应配合用户提供安装条件，电气要求等。

5.2 包装、运输、保险要求：投标人负责设备的运输、搬运和安装等工作，在设备未验收前设备出现的问题等均由投标人负责。

5.3 产品到达用户现场后，由投标人与用户共同开箱清点，验收后安装、调试。投标人在投标文件中提供供货、安装、调试方案（包括进度计划及相关资源支持等）。

5.4 在产品安装完成后，由投标人派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括产品

基本原理和结构介绍、产品操作方法、产品基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定。投标人在投标文件中提供技术培训方案（包括培训内容、培训时间安排等）。

5.5 ★产品最终验收合格后提供质保，响应时间为接到报修后 1 小时以内。投标人应具有固定的维修服务点，在接报后 4 小时内到设备使用现场进行维修工作，投标人提供承诺函并提供具备在 4 小时内到设备使用现场进行维修的证明材料。

5.6 在质保期内外免收上门服务费，另购配件需提供折扣。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，投标人应提前说明，并相应延长质保期。

5.7 质保期后，如果产品出现故障需要更换配件或者需要更换耗材，投标人提供优惠的配件和耗材价格，并只收取配件和耗材费用。经维修后对同一故障部位及配件实行保修 1 年。

5.8 投标人应有专职维修工程师和备品备件库。保证产品质保期后 5 年内所需的备品、备件、配件和耗材。投标人应在投标文件中给出详细清单（至少包含风机、触摸屏、主控板、温湿度探头、压力传感器等配件和主机高效、主机初效、笼架进排风气嘴、笼盒生命窗过滤膜、笼盒排风过滤器、自动饮水嘴硅胶密封圈等耗材）（品名、规格型号、生产厂家、单价等）。

5.9 在硬件条件支持的条件下，软件终身免费升级。提供一次免费移机服务，包括拆装、调试及运输。

5.10 投标人具有同类产品业绩经验，并在投标文件中提供证明材料。

5.11 投标人在投标文件中提供投标产品（主机、笼架、笼盒）的设计方案、生产方案、关键部件或材料选型和质量控制方案。

5.12 投标人在投标文件中提供维修服务方案（包括响应配合方案、现场维修措施等）、提供应急预案（包括紧急情况处理预案等）。

## 6 主要验收标准

6.1 货物安装完成正常运行后，对项目进行验收。

6.2 验收指标：所供产品满足全部承诺的指标。

## 7 付款、质保和交货要求

7.1 付款方式：验收合格后支付全部款项。

7.2 质保：质保期自验收合格日起不低于 3 年，应提供原厂质保。

7.3 交货：合同签订后 2 个月内完成交货、安装、调试，地点：复旦大学枫林校区和张江校区招标人指定点。

## 8 送样要求：

8.1 本项目需要对样品进行评审。各投标人在递交投标文件时，应按招标文件的要求提交相关样品。

8.2 样品清单和要求

8.2.1 基本要求：提供 1 个 2 列×2 层的小型笼架，至少包含部件：进排风单向便捷连接器 1 个、笼架通气嘴 8 个、笼架脚轮 1 个、小鼠 IVC 笼盒 1 套。

8.2.2 详细样品要求

序号	内容	数量	样品要求
1)	笼架（含笼架通气嘴）	1 个 2 列×2 层的小型笼架含 8 个笼架通气嘴	样品笼架通气嘴安装于小型笼架样品的进排风支管上。样品具体要求：笼架（含笼架通气嘴）样品应整体无锐边及毛刺；从笼架上拿取和放置笼盒方便顺滑；坐标号和到位指示标志醒目清晰；气嘴口带导流片；气嘴口伸缩契合笼盒；笼架做工扎实。
2)	进排风单向便捷连接器	1 个	一端与送样笼架进风管连接，另一端与≥20cm 伸缩软管连接。样品具体要求：连接器应连接方便顺滑；连接软管外圈防滑；保护锁定装置牢固有效。
3)	笼架脚轮	1 个	提供的样品需带刹车装置。样品具体要求：刹车时牢固稳定；设置刹车操作方便流畅；移动顺滑无杂音。
4)	小鼠 IVC 笼盒	1 套	提供的样品需开有自动饮水嘴孔并装有关闭阀，样品要求包含塑料底盒、盒盖、不锈钢网盖、标签牌、自动饮水孔及关闭阀、密闭硅胶塞、笼盖进排风阻隔板。样品具体要求：开盖操作应顺畅；网盖整体无锐边、尖角及毛刺；笼壁透明情况便于观察动物且无明显色差。

注：以上对样品的具体要求同样是对采购产品的要求，中标人提供的产品均应满足以上对样品的具体要求（非全尺寸规格除外）。

8.3 送样

8.3.1 送样地点：上海市杨浦区邯郸路 220 号复旦大学邯郸校区逸夫科技楼 304 会议室。

8.3.2 送样时间：2025 年 8 月 12 日上午 9:30 起至投标截止时间止，在投标截止时间之后提交的任何形式的样品，招标人均将拒绝接收。

8.3.3 送样截止时间同投标截止时间，在投标截止时间之后提交的任何形式的样品，招标人均将拒绝接收。

8.3.4 投标人应自行做好卸货及安装工作以及卸货及安装期间的样品保护和保密工作。卸货及安装完毕后与招标代理机构联系人进行样品移交和签收，移交完毕离场后不应再次进入样品存放地。所有投标人提交的样品及伴随发生的运输、装卸、安装等费用均为投标人自理。

8.4 所提供样品须与最终商品（成品）一致（招标文件要求提供非全尺寸的样品除外），所提供产品材料小样须与最终商品（成品）所用材料一致。

8.5 采购活动结束后，未中标人应在收到结果通知书后的三个工作日内取回样品，招标人有权对不予取回或逾期未取回的物品进行集中处置且不承担任何责任。招标人将对中标人提供的样品进行封存，并作为履约验收的依据。



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第四章 合同条款<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 如果本项目为专门面向中小微企业采购的项目，则本合同视为中小企业预留合同。

# 买卖合同

甲方：复 旦 大 学

住所：上海市邯郸路 220 号

法定代表人：

乙方：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

甲乙双方就\_\_\_\_\_购销事宜进行了协商，在平等自愿的基础上达成一致。现为约明双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，订立合同如下，以昭信守：

第一条 甲方向乙方采购\_\_\_\_\_（品名）（以下统称“产品”，产品具体描述见附件一），总价为人民币\_\_\_\_\_（¥ \_\_\_\_\_元）。

第二条 乙方确认，其向甲方销售的产品不是法律、行政法规禁止或者限制转让的物品，且该产品的型号、规格、数量、质量、性能、配件等依次符合双方在本合同附件中的约定和封存的样品，甲方的中标通知书、招标文件，乙方的投标文件和向甲方作出的其他承诺，原厂产品质量标准，国家、地方和行业标准及规范。

第三条 甲方应在本合同生效后十个工作日内，向乙方支付相当于总价\_\_\_\_\_%的货款\_\_\_\_\_元，在产品全部验收合格后十个工作日内，向乙方支付相当于总价\_\_\_\_\_%的货款\_\_\_\_\_元。

甲方根据乙方开具的足额合法发票向乙方指定银行账户支付前款约定的货款。

第四条 乙方应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前将产品运抵复旦大学\_\_\_\_\_，向甲方交付产品。

乙方向甲方交付产品前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第五条 乙方应采用通用的，或者双方约定的方式包装、运输其向甲方交付的产品，并承担产品的包装、运输及保险费用。

第六条 甲方应在乙方交付产品后\_\_\_\_\_个工作日内，根据本合同第二条的约定组织验收。

产品全部或者部分验收不合格的，乙方应对不合格产品进行无偿更换，并由甲方根据前款约定再次组织验收。更换产品再次验收不合格的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相

关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20%的标准，向甲方支付违约金。

甲方没有及时组织验收的，自乙方交付产品后届满\_\_个工作日起视为验收合格。

第七条 产品验收合格后的\_\_个月为产品质量保证期。乙方应在产品质量保证期内提供 7×24 小时的维修服务响应，并无偿提供维修服务、更换原装配件。产品质量保证期结束后五年内，乙方应继续提供 7×24 小时的维修服务响应，并以最优惠价格提供维修服务、更换原装配件。

第八条 甲方指定的联系渠道是：

通讯地址：上海市杨浦区邯郸路 220 号复旦大学（200433）

电话/传真：021-\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_@fudan.edu.cn

乙方指定的联系渠道是：

通讯地址：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

双方确认，将通过上述渠道进行联系。除非双方另行明确约定，一方以当面交付方式送达的，交付时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件到达时视为送达；以传真方式送达的，传真件发出时视为送达；以数据交换方式送达的，电子邮件发出时视为送达。

第九条 甲方逾期履行本合同第三条约定的付款义务的，每逾期一天应按相当于未付货款金额 0.5%的标准，向乙方支付违约金。

乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务的，每逾期一天应按相当于未交付产品价格 0.5%的标准，向甲方支付违约金。乙方配送的产品全部

或者部分验收不合格，更换产品的，视为乙方逾期履行本合同第二条、第四条约定的交付义务。

乙方向甲方交付的产品存在隐蔽瑕疵，且甲方在产品验收合格后、产品质量保证期届满前请求乙方更换或者修理的，乙方应及时进行更换或者修理。乙方更换或者修理后，产品仍旧存在瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金。

乙方向甲方交付的产品存在权利瑕疵的，甲方可以解除本合同。双方应在本合同权利义务终止后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，乙方应按相当于产品价格 20% 的标准，向甲方支付违约金，并承担由此引发纠纷、仲裁或诉讼案件而发生的各种费用。

乙方未按约履行本合同第七条约定的保修义务的，每逾期一天应按相当于产品维修项目价格金额三倍的标准，向甲方支付违约金。

第十条 因不可抗力的影响导致本合同项下条款内容全部或部分不能履行的，各方可以自不可抗力的影响消失以后继续履行本合同项下的义务，或者直接解除本合同。不可抗力的影响产生后，一方应及时通知相对方采取控制措施防止合同项下损失扩大。双方不承担因不可抗力的影响造成合同项下损失的违约责任，但应承担因未采取控制措施造成损失扩大的违约责任。

一方直接解除本合同的，应及时以书面形式通知相对方，并提供相应的证明。双方应在解除本合同后向权利人返还与本合同项下条款相关且已发生转移的财产，并积极消除因解除合同带来的不利影响。

第十一条 双方对本合同项下条款内容承担保密义务。未经相对方同意，一方向第三人披露本合同项下条款约定内容的，除非披露行为根据法律规定或授权，披露方应就行为造成的相对方直接经济损失承担违约责任。

第十二条 双方就本合同项下条款内容及相关内容发生争议的，可以友好协商解决；  
协商解决不成，一方可以根据中华人民共和国法律向上海市杨浦区人民法院提起诉讼。

第十三条 双方就本合同其余条款约定内容外，同时约定下列内容：

本条约定内容与本合同其余条款约定内容不相一致处，以本条约定为准。

第十四条 本合同应作为一个整体被加以解释，各条款约定内容不因顺序排列的先后而产生法律效力的差异。

本合同生效后，双方可以在平等自愿的基础上协商一致，就本合同项下条款约定内容或其它未尽事宜订立补充协议。补充协议条款约定内容具有不低于本合同项下条款约定内容的法律效力。

双方订立一份或者多份补充协议，且补充协议与本合同之间、各补充协议之间就同一内容约定不相一致的，以生效时间列为最后的补充协议条款约定为准。

未经相对方同意，一方将本合同项下条款内容全部或者部分转让给第三人的，相对方可以解除本合同，转让方承担违约责任。

第十五条 本合同由甲乙双方于\_\_\_\_年 月 日在上海市杨浦区邯郸路 220 号签订，自双方签字盖章后生效。

合同文本壹式肆份，双方各执贰份，各份合同文本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：复旦大学

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

附件一

### 产品清单

甲方（买受人）：复旦大学

乙方（出卖人）：\_\_\_\_\_

品名	规格/型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价
合计总价			¥ 元			

甲方（买受人）：复旦大学

\_\_\_\_\_（盖章）

乙方（出卖人）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（盖章）





招标文件  
项目编号：2402040045

## 第五章 各种格式

## 分目录

投标函.....	47
投标报价汇总表.....	49
分项报价表.....	50
货物说明一览表.....	51
技术规格响应/偏离表.....	52
商务条款响应/偏离表.....	53
投标保证金银行保函.....	54
制造厂的声明.....	55
贸易公司（作为代理）的声明.....	57
其它.....	59

## 投标函

致：\_\_\_\_\_（招标人和招标代理机构名称）

根据贵方\_\_\_\_\_项目招标采购的\_\_\_\_\_货物的投标邀请书（项目编号为：\_\_\_\_\_），现正式授权的下列签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表投标人\_\_\_\_\_（投标人的名称），递交下述投标文件：

- (1) 投标报价表；
- (2) 货物说明一览表；
- (3) 商务条款响应/偏离表；
- (4) 技术规格响应/偏离表；
- (5) 资格证明文件；
- (6) 由\_\_\_\_\_银行开具的金额为\_\_\_\_\_的投标保证金；
- (7) “投标人须知”第15条和第16条要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- (a) 按招标文件的规定提交货物及提供伴随服务的投标报价为人民币：

包件号	大写（元）	小写（元）

- (b) 我方将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。
- (c) 我方已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改通知（如果有的话）、我方知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。
- (d) 我方同意在“投标人须知”第24条所述的开标日期起遵循本投标文件的承诺，并在“投标人须知”第18条规定的投标有效期届满之前对我方均具有约束力，而且有可能中标。
- (e) 如果在开标后承诺的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可不予退还。
- (f) 如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。
- (g) 我方承诺：对中国国家强制要求应获得许可才能进行的事项，我方保证投标产品的制造商或投标服务的提供商和人员具有相应的许可；对列入强制性产品认证目录的产品，我方保证投标产品取得认证；对有关法律法规强制要求应获得相关检测或检验的产品，我方保证投标产品取得相关检测或检验。
- (h) 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_

小鼠 IVC 笼具采购招标文件（项目编号：2402040045）

---

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标报价汇总表

一、投标报价汇总	
投标报价（元）	
二、其他	
货物名称	
规格型号	
制造商	
制造商国家或地区	
数量	
币种	人民币
供货安装时间	
质保期	
服务承诺	
备注	

注：

1. 投标人须在本表的“其他关键信息”区内填入所有开标所需的信息。
2. 投标人若有报价变更（包括折扣或涨价），应尽量反映在对应分项报价表的具体报价分项中。如果投标人必须在本表所算得的投标总价基础上另附报价变更声明（包括折扣或涨价），则应同时声明具体的变更方式（如按百分比方式或按固定金额方式进行变更）和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金额、暂估价及暂列金额除外）。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 投标人公章：\_\_\_\_\_

## 分项报价表

包件号：\_\_\_

货物	序号	名称	型号和规格	单位	数量	单价	合价
报价币种		CNY	报价单位	元	本表总价		

注：

1. 投标人所填写的任一报价项的报价均应包括符合招标文件要求的与该报价项相关的所有费用（包括所有软硬件、服务费用、可能的关税、增值税及其他税费等）。
2. 投标人应严格按照本表规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），如无法对某一报价项单独报价，须在其右侧对应报价栏中填入“已包含”。
3. 对于能够填报单位、数量的单价子目，应填报单位、数量、单价和合价栏；对于无法填报单位、数量的总价子目，应直接填报合价栏。本表总价应为所有合价栏的价格之和。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 投标人公章：\_\_\_\_\_

### 货物说明一览表

包件号：\_\_\_

序号	货物名称	型号和规格	制造商	原产地	数量

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 投标人公章：\_\_\_\_\_



### 商务条款响应/偏离表

包件号：\_\_\_

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 投标人公章：\_\_\_\_\_

注：若投标人对招标文件商务条款无偏离，则可在本表中注明“所有条款无偏离”。

## 投标保证金银行保函

（若投标保证金采用电汇、支票等其他形式提供，则无需填写本格式）

致：\_\_\_\_\_（招标代理机构名称）

本保函作为\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下简称投标人）对\_\_\_\_\_（买方名称）第\_\_\_\_\_号投标邀请书，关于提供\_\_\_\_\_（货物名称）的投标保证金。

\_\_\_\_\_（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出的下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即不可追索地向贵方支付总额为\_\_\_\_\_元的人民币：

- （1）投标人在开标后至投标有效期届满前撤销其投标；或
- （2）投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未与招标人签订合同；或
- （3）投标人在收到中标通知书后三十（30）天内，未向招标人提交可接受的履约保证金（若合同条款有约定）。
- （4）投标人在收到中标通知书后十四（14）天内，未向贵方支付招标代理咨询服务费。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函从开标之日起至投标有效期届满之日始终有效，且在贵方和投标人同意延长并通知本行的期限内继续有效。

银行授权代表（打印）：\_\_\_\_\_

银行授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

银行名称：\_\_\_\_\_

银行盖章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

银行地址：\_\_\_\_\_

## 制造厂的声明

### 1 名称及其他情况

- (1) 制造厂名称：\_\_\_\_\_
- (2) 地址：\_\_\_\_\_
- (3) 成立和（或）注册日期：\_\_\_\_\_
- (4) 企业性质：\_\_\_\_\_
- (5) 上年末资产负债表
- (a) 固定资产：\_\_\_\_\_
- (b) 流动资产：\_\_\_\_\_
- (c) 长期负债：\_\_\_\_\_
- (d) 短期负债：\_\_\_\_\_
- (e) 资产净值：\_\_\_\_\_

### 2 制造投标货物的设施及其他情况

- (1) 关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址	生产的项目	年生产能力	职工人数
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- (2) 本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件：

制造厂的名称和地址	主要零部件名称
_____	_____
_____	_____

### 3 制造厂生产此投标货物的历史（年数）

\_\_\_\_\_

### 4 近三年该货物销售给境内、外主要客户的名称地址

名称和地址	销售项目
_____	_____
_____	_____

### 5 易损件供应商的名称和地址

部件名称	供应商
_____	_____
_____	_____

6 有关开户银行的名称和地址

银行名称

地址

7 其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

制造厂公章：\_\_\_\_\_

## 贸易公司（作为代理）的声明

（供参考，若制造厂直接投标，则无需提供此声明）

### 1 名称及其他情况

- (1) 投标人名称：\_\_\_\_\_
- (2) 地址：\_\_\_\_\_
- (3) 成立和（或）注册日期：\_\_\_\_\_
- (4) 企业性质：\_\_\_\_\_
- (5) 上年末资产负债表
- (a) 固定资产：\_\_\_\_\_
- (b) 流动资产：\_\_\_\_\_
- (c) 长期负债：\_\_\_\_\_
- (d) 短期负债：\_\_\_\_\_
- (e) 资产净值：\_\_\_\_\_

### 2 近三年投标货物在境内和境外主要销售客户的名称及地址

名称和地址	销售项目
_____	_____
_____	_____

### 3 同意为投标人制造投标货物的制造厂（应附有制造厂的声明）

制造厂的名称和地址	制造的物品和数量
_____	_____
_____	_____

### 4 须由其他制造厂供应和制造的部件（如果有的话）

制造厂的名称和地址	制造的物品
_____	_____
_____	_____

### 5 近三年中与各贸易公司成交的此种投标货物（如果有的话）

- 合同号：\_\_\_\_\_
- 签字日期：\_\_\_\_\_
- 产品名称：\_\_\_\_\_
- 数量：\_\_\_\_\_
- 合同金额：\_\_\_\_\_

6 有关开户银行的名称和地址

银行名称

地址

7 贸易公司认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_

授权代表的职务：\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

贸易公司公章：\_\_\_\_\_

## 其它

（如：中小企业声明函、投标人认为有需要提供其他文件等）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 小鼠 IVC 笼具，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员（包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数）    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在直接控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

## 承诺函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）就\_\_\_\_\_（项目名称）项目作为投标人递交投标文件。对于下述招标文件中**标注“★”号的要求**，我方承诺：

1 我方满足针对 IVC 笼架配合自动饮水的要求：

1.1 自动饮水装置由招标人提供，自动饮水公司为招标人已有的自动饮水公司，我方中标后应与自动饮水公司对接。

1.2 笼架、笼盒与自动饮水装置设计要求

(1) 我方提供已获招标人确认的定制生产笼架 CAD 图纸给自动饮水公司，自动饮水公司会在此 CAD 图纸上定制设计自动饮水管路和饮水嘴及放水阀。

(2) 我方应根据招标人要求和自动饮水管路设计图的要求，在现场自动饮水安装过程中配合自动饮水公司对自动饮水装置安装到位。

(3) 对于双面笼架，阀的管道应安装在笼盒间的垂直面，此垂直面应距离两边笼盒的距离相等，而饮水支管管道中心距离笼盒后侧的距离应在 50.8mm 到 55.6mm 之间，从笼盒后侧至靠近笼盒后侧风管壁的水平距离应在 16mm 到 30mm 之间。如果笼具设计不允许在笼盒要求的距离上安装管道，我方应和自动饮水厂家协商解决。

1.3 笼架支撑架与自动饮水支管管路的配合要求。

(1) 中标后，自动饮水公司会根据已确定的标准笼具设计图纸设计支撑饮水支管的支撑件。我方应根据该设计定制生产此支撑件，并需根据该设计图在我方生产单位内，将支撑件焊接或固定在笼架上。自动饮水公司会提供固定饮水管路的夹扣，以固定笼架上的饮水管路。

(2) 自动饮水公司会提供安装所需的螺丝螺母，因此安装孔应位于笼架特定位置的安装板上，且两头都能穿透（不可在方管上打盲孔）。

1.4 笼盒的自动饮水孔洞设计：

(1) 我方应根据自动饮水公司设计的自动饮水图纸，对每个笼盒后侧实施打孔。

(2) 设计的自动饮水水嘴孔洞，应符合图纸尺寸偏差要求，我方应提供自动饮水水嘴孔洞的不锈钢钢包圈，以防止小鼠啃咬，应提供当饮水嘴拔出后饮水孔能自动封闭的弹簧盖片，确保自动饮水水嘴插入后紧密吻合连接，拔出后能自动密封，不得有空气的泄漏。

(3) 对于自动饮水嘴和笼盒后侧孔位的密封，我方应提供硅橡胶密封圈，以进一步密封笼盒。

1.5 对于笼盒的定位要求：

(1) 同一排和同一列的笼盒与笼盒之间的间距累计误差需控制在 0.75mm 以内。

(2) 笼架位于笼盒后侧位置我方应安装定位挡块，以确保每个笼盒推到底部时能

在同一位置上定位，而不撞击后侧的饮水管管路。

1.6 自动饮水装置的安装与调试：当笼架完成安装，自动饮水公司会安排人员在现场将自动饮水管路安装在我方的笼架上并进行水路的调试，我方应安排工程师在现场配合自动饮水公司对笼架进行必要的调整和调试。

2 所有 IVC 笼具(主机、笼架、笼盒、饮水瓶)保证为非贴牌加工产品，制造商统一生产，保证产品生产质量。

3 产品最终验收合格后提供质保，响应时间为接到报修后 1 小时以内。我方具有固定的维修服务点，在接报后 4 小时内到设备使用现场进行维修工作，具备在 4 小时内到设备使用现场进行维修的证明材料另附。

特此承诺。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 评审内容索引表

评审因素序号	评审因素	投标文件中涉及对应评审因素的页码	简要说明（不超过 20 字）
1	价格（示例）	第 XX 页（示例）	报价 XXXX 元，中型企业（示例）
2	业绩（示例）	第 XX~XX 页（示例）	业绩 X 个，附证明（示例）
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_ 投标人公章：\_\_\_\_\_

注：该表应制作在投标文件的扉页中。



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第六章 资格证明文件格式

## 分目录

营业执照 .....	65
保证金递交凭证 .....	65
法定代表人授权书 .....	65
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函 .....	66
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 .....	67
无重大违法记录声明函 .....	67
声明函 .....	68
其它 .....	69

## 营业执照

（复印件加盖投标人公章）

## 保证金递交凭证

（提供递交凭证复印件加盖投标人公章，如：汇款凭证、银行汇票等）

## 法定代表人授权书

（若投标人为非法人组织，应参照此格式，由营业执照上的单位负责人签署此授权书）

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_（单位）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_（单位）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_项目作为投标人授权代表递交投标文件、澄清答复、谈判、签约、执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，有效期为\_\_\_\_\_天。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件。

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_

被授权人（投标人授权代表）签字：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

## 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函

（投标人应提供以下书面声明或提供招标文件“投标人须知”第15.2（2）条规定的三项证明材料）

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我方\_\_\_\_\_（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二  
条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人地址）。我司具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

特此证明。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 无重大违法记录声明函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人地址）。我司在参加本次采购活动前三年内，我方没有因违法经营而受到下列处罚：

- （1） 刑事处罚；
- （2） 被责令停产停业、吊销许可证或执照；

（3） 被处以较大数额罚款等行政处罚（注：较大数额罚款的标准见《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）的规定）。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 声明函

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我们\_\_\_\_\_（投标人名称）是按中华人民共和国法律正式成立的一家公司，主要营业地点设在\_\_\_\_\_（投标人地址）。我司声明：

（1）我司未和与我司单位负责人为同一人或者与我司存在直接控股或管理关系的不同单位，参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标（单位负责人指法人的法定代表人或者非法人组织的负责人）；

（2）我司未曾为招标人在本招标合同项下拟采购的货物提供设计、编制采购需求或者提供项目管理、监理、检测等服务。

特此声明。

投标人名称：\_\_\_\_\_

投标人公章：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 其它

（如：法人出具的承诺函、满足投标邀请书中规定的合格投标人的其他资格要求的证明文件等）

### 法人出具的承诺函

（若由法人依法设立的分支机构以自己的名义直接参与投标或竞争时，须在投标或响应文件中提供本承诺函，否则将判定该分支机构的资格不符合本项目合格投标人的资格要求）

敬启者：

\_\_\_\_（填入分支机构的名称）\_\_\_\_是由我公司设立的分支机构，该分支机构已按国家有关法律、行政法规规定进行了登记。在本承诺函载明的有效期内，该分支机构参与的所有投标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、比选或类似竞争性活动所产生的民事责任均直接由我公司承担。

本承诺函的有效期为：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

法人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法人的法定代表人签名：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



招标文件  
项目编号：2402040045

## 第七章 评标办法

## 第七章 评标办法

### 1 基本要求

#### 1.1 整个评标工作应符合下列总要求：

- (1) 严格遵循客观、公正、审慎的原则；
- (2) 任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果；
- (3) 保证评标活动在严格保密的情况下进行；
- (4) 评标活动及其当事人应接受依法实施的监督。

#### 1.2 评标委员会成员及其他参与评标工作的有关人员都必须严格保守有关秘密。应当予以保密的信息包括但不限于：

- (1) 评标委员会的人员组成；
- (2) 对投标文件的初步评审及详细评审情况；
- (3) 对各投标人的澄清问题及投标人的答复；
- (4) 评委发表的评审意见；
- (5) 中标候选人的推荐情况。

#### 1.3 参与本项目评标工作的其他人员应按诚实、信用和勤勉的原则完成评标委员会交办的事务性工作，并主动接受评标委员会的监督。

### 2 评标细则

#### 2.1 评标步骤

本次招标的评标工作将按下列步骤进行：

- (1) 初步评审；
- (2) 详细评审；
- (3) 排序并推荐中标候选人。

#### 2.2 本项目的详细评审采用综合评分法，其中价格评审采用低价优先法。

### 3 初步评审

#### 3.1 评标委员会首先对各投标文件的投标报价进行核价，在核价过程中如果发现投标报价存在计算错误，则将按下列原则进行纠正：

- (1) 当单价与数量的乘积与合价不符时，将以单价与数量的乘积为准修改合价（除单价金额存在明显的小数点错误外）；
- (2) 当分项合价之和与总价不符时，将以分项合价之和为准修改总价。

#### 3.2 评标委员会将按上述纠正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格，则其投标将判为无效。

#### 3.3 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定确认资格审查情况并对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，凡投标人的投标文件中存有下列情况之一的，将判定其投标文

件无效：

- (1) 投标人承诺的投标有效期是否符合投标人须知第18.1条的规定；
- (2) 投标报价是否超过了本项目招标文件中可能列明的最高限价（含可能有的分项最高限价），或者在未规定最高限价的情况下是否超过了本项目招标文件中列明的采购预算（含可能有的分项预算）；
- (3) 是否提供了两份以上内容不同的投标文件或对任一报价项提出了可选择的报价（除招标文件允许投备选方案外）；
- (4) 投标人有疑似串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，并经评标委员会认定的，包括但不限于：
  - (a) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - (b) 不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
  - (c) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - (d) 不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
  - (e) 不同投标人的投标文件相互混装；
  - (f) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
  - (g) 不同投标人的联系人姓名、电话、邮箱、公司地址等基本信息雷同；
  - (h) 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
  - (i) 不同投标人的投标文件的网卡（MAC）地址或硬盘序列号等信息相同；
  - (j) 不同投标人的投标文件的编制、加密、提交等信息雷同，经评标委员会认定的；
  - (k) 有法律、法规或规章明确规定的其他串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为。
- (5) 对于列入节能产品政府采购品目清单的政府强制采购产品，未提供由国家市场监督管理总局公布的政府采购节能产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
- (6) 投标文件对招标文件采购需求中任意一项加注“★”号的技术要求未作出具体、明确的响应性说明，或者未按要求提供技术支持资料，或者提供的技术支持资料不能证明其投标货物能够满足相关要求的；
- (7) 有关法律、法规或规章和招标文件明确规定的其他将导致投标文件被判定投标无效的情况。

3.4 当评标委员会认为某一可能通过符合性审查的投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将判定其投标无效。

3.5 符合性审查不合格的投标人将被判定为无效投标人，不再进入后续的详细评审。

3.6 根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将判定废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为；

(3) 因重大变故，采购任务取消。

#### 4 详细评审

4.1 评标委员会将按照本评标办法规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术响应情况的详细评审。

4.2 针对表 1 所列的各项评审因素的评审内容，由评标委员会成员对进入详细评审的各投标人进行独立评审，并给出相应的评分。

表 1 各评审因素、满分分值、评审内容和评分标准一览表

序号	评审因素	满分分值	评审内容和评分标准
1	价格	30	以进入详细评审的各投标人的评标价格的最低价为评标基准价，价格得分=评标基准价/评标价格×30
2	业绩	11	投标人合同签订时间在近三年的同类项目的业绩情况，有 1 项符合要求的业绩得 1 分，最多得本评审因素满分为止。 业绩应提供合同复印件作为证明材料，且至少包含合同的签署时间、合同缔约双方签字盖章页和业绩内容（合同中无法完全体现业绩内容的，可提供该合同项下的验收报告或用户证明等其他材料补充）。 业绩内容应能体现出是同类项目的业绩，同类项目是指：实验鼠饲养 IVC 笼具供货及安装项目，并包含与自动饮水系统的联动，自动饮水系统可以是投标人负责完成也可以是投标人与其他单位合作完成。
3	产品的选型和配置 1	20	对采购需求中“4 技术规格”中标注▲符号的技术要求，全部响应满足且响应内容符合招标文件对应条款要求的，得 20 分；有 1 项未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 17 分；有 2~3 项未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 12 分；有 4~5 项未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 5 分；有 6 项或以上未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 0 分。
4	产品的选型和配置 2	3	对采购需求中“4 技术规格”中无标注符号的技术要求，全部响应满足且响应内容符合招标文件对应条款要求的，得 3 分；有 1 项未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 2 分；有 2~3 项未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 1 分；有 4 项或以上未响应（不满足）或响应内容不符合招标文件对应条款要求的，得 0 分。
5	技术方案 1	3	投标人提供主机的设计方案、生产方案、关键部件或材料选型和质量控制方案且提供内容无缺点的得 3 分；有 1 处缺点的得 2 分；有 2~3 处缺点的得 1 分；有 4 处及以上缺点或未提供的得 0 分。评分标准的缺点是指（下同）：（1）存在与项目性质和特点不相适应；（2）缺少具体说明；（3）不具有适用性和针对性；（4）内容前后不一致或前后逻辑错误；（5）存在明显漏洞；（6）不符合采购需求；（7）涉及的规范及标准应用错误。
6	技术方案 2	3	投标人提供笼架的设计方案、生产方案、关键部件或材料选型和质量控制方案且提供内容无缺点的得 3 分；有 1 处缺点的得 2 分；有 2~3 处缺点的得 1 分；有 4 处及以上缺点或未提供的得 0 分。
7	技术方案 3	3	投标人提供笼盒的设计方案、生产方案、关键部件或材料选型和质量控制方案且提供内容无缺点的得 3 分；有 1 处缺点的得 2 分；有 2~3 处缺点的得 1 分；有 4 处及以上缺点或未提供的得 0 分。

序号	评审因素	满分分值	评审内容和评分标准		
8	供货、安装和调试方案	3	投标人提供针对本项目的详实具体的供货、安装、调试方案（包括进度计划及相关资源支持等）且提供内容无缺点的得3分；有1处缺点的得2分；有2~3处缺点的得1分；有4处及以上缺点或未提供的得0分。		
9	技术培训方案	3	投标人提供针对本项目的详实具体的技术培训方案（包括培训内容、培训时间安排等）且提供内容无缺点的得3分；有1处缺点的得2分；有2~3处缺点的得1分；有4处及以上缺点或未提供的得0分。		
10	维修服务方案	3	投标人提供针对本项目的详实具体的维修服务方案（包括响应配合方案、现场维修措施等）且提供内容无缺点的得3分；有1处缺点的得2分；有2~3处缺点的得1分；有4处及以上缺点或未提供的得0分。		
11	应急预案	3	投标人提供合理可行的应急预案（包括紧急情况处理预案等）且提供内容无缺点的得3分；有1处缺点的得2分；有2~3处缺点的得1分；有4处及以上缺点或未提供的得0分。		
12	样品	15	投标人应提供1个2列×2层的小型笼架，且至少包含部件：进排风单向便捷连接器、笼架通气嘴、笼架脚轮、小鼠 IVC 笼盒。样品存在部件缺失、笼位数错误等基本要求的，本评审因素得0分。在满足基本要求的情况下，根据评分细则样品 a~样品 e 中的评分内容和标准进行评分	样品 a (满分3分)	笼架（含笼架通气嘴）样品评分点：①整体无锐边及毛刺；②从笼架上拿取和放置笼盒方便顺滑；③坐标号和到位指示标志醒目清晰；④气嘴口带导流片；⑤气嘴口伸缩契合笼盒；⑥笼架做工扎实。所提供样品经评审能体现出全部对应评分点的得3分；未体现出评分点的，有1处缺的得2分，有2~3处缺的得1分，有4处或以上缺的得0分。
				样品 b (满分3分)	进排风单向便捷连接器样品评分点：①连接器连接方便顺滑；②连接软管外圈防滑；③保护锁定装置牢固有效。所提供样品经评审能体现出全部对应评分点的得3分；未体现出评分点的，有1处缺的得2分，有2处缺的得1分，有3处缺的得0分。
				样品 c (满分3分)	笼架脚轮样品评分点：①带刹车装置；②刹车时牢固稳定；③设置刹车操作方便流畅；④移动顺滑无杂音。所提供样品经评审能体现出全部对应评分点的得3分；未体现出评分点的，有1处缺的得2分，有2~3处缺的得1分，有4处缺的得0分。
				样品 d (满分3分)	小鼠 IVC 笼盒样品配置评分点：笼盒配置齐全，包含：①塑料底盒、②盒盖、③不锈钢网盖、④标签牌、⑤自动饮水孔及关闭阀、⑥密闭硅胶塞、⑦笼盖进排风阻隔板。所提供样品经评审能体现出全部对应配置评分点的得3分；未体现出配置评分点的，有1处缺的得2分，有2~3处缺的得1分，有4处或以上缺的得0分。
				样品 e (满分3分)	小鼠 IVC 笼盒样品质量评分点：①开盖操作顺畅；②网盖整体无锐边、尖角及毛刺；③笼壁透明情况便于观察动物且无明显色差。所提供样品经评审能体现出全部对应评分点的得3分；未体现出评分点的，有1处缺的得2分，有2处缺的得1分，有3处缺的得0分。

注：针对表中第 5~11 项评审因素的各项评审内容，投标人在其提交的投标文件中应当设置专节（所谓专节是指投标文件中设有对应小标题的一节，下同）来对各项评审内容作出应答。如果投标人的投标文件未对其中的任意一项评审内容有应答，或者经评委评审后认定为所作出的响应性说明明显不合理或不具有适用性和针对性的，则应在其个人撰写的评审意见中对此加以说明。

4.3 评标价格是指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明、暂列金额以及报价缺漏项均已进行了纠正、考虑、扣除和增加，以及考虑了因执行政府采购政策而应当给予的价格优惠之后的价格。

4.4 本项目为非专门面向中小微型企业采购的项目。在评审时将按财库〔2020〕46 号和财库〔2022〕19 号文的规定，对由小型和微型企业制造的货物给予 10% 的价格扣除。如投标产品的制造商为符合财库〔2020〕46 号文要求的小型或微型企业，则投标人应在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46 号附 1 要求的《中小企业声明函（货物）》。如投标人为残疾人福利性单位，应在投标文件中提供符合财库〔2017〕141 号文格式要求的《残疾人福利性单位声明函》；在评标时残疾人福利性单位将视同小型、微型企业，执行上述促进小型和微型企业的相同政策。如投标人为监狱或戒毒企业，应在其投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件；在评标时监狱或戒毒企业将视同小型、微型企业，执行上述促进小型和微型企业的相同政策。但当任一投标人同时满足促进小型和微型企业、促进残疾人就业和支持监狱和戒毒企业这三项政策中任意两项以上时，将不能重复享受两次以上价格扣除。

4.5 除有特别说明外，采购需求中有编号或标志的任一最低层条款均算作一项。

4.6 进入详细评审的各有效投标人的最终得分为评标委员会全体成员对其各项评审因素的合计评分的算术平均值。

## 5 推荐中标候选人

评标委员会应根据进入详细评审的各有效投标人的最终得分从高到低进行排序，向招标人推荐前三名投标人作为本次招标的中标候选人。当因两家或两家以上投标人的综合得分刚好相等而影响中标候选人的按序推荐时，将按依次按下列步骤决定相互间的排序：

- (1) 凡投标产品列入了国家有关部门最新公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，则提供了由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的投标人排序在前（当投标货物包含多个产品时，则上述产品价格占比高的投标人排序在前）；
- (2) 相关投标人的价格得分高者排序在前；
- (3) 由评标委员会按有利于采购资金使用效益的原则投票决定。

## 6 定标

招标人将确定排名第一的中标候选人为本次招标的中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金（若合同条款有约定），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人有权

按序确定后续排名的中标候选人为本次招标的中标人，或组织重新采购。