


附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：黄盛松
	职称：主任医师
	工作单位：同济大学附属同济医院
项目信息	项目名称：高清腹腔内窥镜教学设备
	预算金额（万元）：170
专业人员论证意见	<p>由于高清腹腔内窥镜教学设备要求支持多源显示，超声信号输入后同屏显示≥ 2种动态图像，可以通过摄像头快速切换显示模式，并内置 2T 存储空间，支持刻录腔镜、超声以及超腹融合画面。系统具有高度技术封闭性、系统集成性和品牌依赖性，只能由具备完整自主研发、生产、集成与服务能力的大型医疗设备企业提供，中小企业难以在技术、产品、服务上达到同等水平。</p> <p>因此本项目不适宜专门面向中小型企业采购。</p>
专业人员签字	 日期 2025 年 09 月 17 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 沈海波
	职称: 主任医师
	工作单位: 上海交通大学医学院附属瑞金医院
项目信息	项目名称: 高清腹腔内窥镜教学设备
	预算金额(万元): 170
专业人员论证意见	<p>本次预采购的高清腹腔内窥镜教学设备需要有尖端且全面的特殊光成像技术,如光电复合染色成像、聚谱成像等,目前只有大型企业具备,中小企业暂未获得这些技术的授权使用,且自主研发一种能达到临床认可效果的新型特殊光技术,需要长时间的临床数据积累和巨大的研发成本,且成功率极低。</p> <p>因此本项目不适宜专门面向中小型企业采购。</p>
专业人员签字	
	日期 2025 年 09 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见可打印, 签字须手写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：谷宝军	
	职称：主任医师	
	工作单位：上海市第六人民医院	
项目信息	项目名称：高清腹腔内窥镜教学设备	
	预算金额（万元）：170	
专业人员论证意见	<p>所采购的高清腹腔内窥镜教学设备不适宜专门面向中小型企业的原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 系统高度集成，要求同品牌兼容，腔镜主机需支持多源显示，如超声信号输入、同屏显示并刻录；支持一键切换显示模式。 2、 经前期调研，部分需求只有研发能力较强的大型企业制造商才能同时满足，如“光电复合染色成像”、“聚谱成像”、“腔内实时温控技术”、“水平校正 360° 视野保持”等功能。 3、 大型企业在全国范围内建立完善的售后网络，提供原厂工程师支持，中小型企业无法保障长期稳定的售后保障。 	
专业人员签字	谷宝军	日期 2025 年 09 月 17 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。